

自動免疫染色装置（NICHIREI HISTOSTAINER）

8階共同実験室（内線：2346）

[特徴]

- 前処理後から発色・核染色までの一連の操作を全自動化
- タイムラグのない反応時間の設定が可能
- エアーブローによる洗浄液排除
- ハザード廃液と廃液に振り分け

[仕様]

- 最大処理スライド枚数：48枚
- 最大一次抗体：48種類
- 最大試薬セット数：64バイアル/回
- 処理時間：約1～4時間

